

歯科材料 (9) 歯科用研削材料  
 一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ(35768000)  
**スマートマイクロタフトブラシ**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 目的以外の使用禁止：歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
3. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
4. 異常時の使用禁止：異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はしないこと。
6. 許容回転数を超過して使用しないこと。
7. 再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】**

| 名称              | 形状  |
|-----------------|---|
| CA用 ソフト         |    |
| CA用 ミディアム       |    |
| CA用 ハード         |    |
| CA用 スティッフ       |    |
| スクリュータイプ用 ソフト   |    |
| スクリュータイプ用 ミディアム |    |
| スクリュータイプ用 ハード   |   |
| スクリュータイプ用 スティッフ |  |

材質：ナイロン、真鍮、その他

**【使用目的、効能又は効果】**

歯面等の清掃および研磨に用いる。

**【操作方法又は使用方法等】**

- 1) 脱着方法  
 本品の金属部を保持し、ストレート・ギアードアングルハンドピースの製造販売業者の指示に従って脱着します。
- 2) 操作方法  
 正回転にて作動させます。  
 本品を対象物に対し断続的に軽く押し当てて清掃・研磨してください。

許容回転数：先端部 1,500～10,000rpm

※歯面研磨材等を併用する場合は、其々の添付文書をあわせてご参照ください。

**【使用方法に関連する使用上の注意】**

- 1) 本品は未滅菌品であり、使用前に洗浄、消毒、滅菌を、其々の添付文書に従って行うこと。
- 2) オートクレーブ滅菌は134～137℃で3分以上行うこと。滅菌は137℃以下で行うこと。
- 3) 本品を脱着する際には金属部のみを保持し、ストレート・ギアードアングルハンドピースの添付文書に従い脱着し、軸部が完全に装着されていることを確認すること。  
 スクリュータイプ用は、Young Dental Manufacturingの歯科用マンドレル（販売名：マンドレル）または（販売名：アダージオ等の）専用のストレート・ギアードアングルハンドピースを使用し、正回転にて作動すること。逆回転での使用はしないこと。本品が外れる原因となります。
- 4) 使用前に、予め口腔外で作動させ、軸ブレや異常がないことを確認すること。
- 5) 対象物に強く押し付けず、軽く押し当てて使用すること。過度の圧力は、過度の発熱や破損の原因となるため避けること。

- 6) モーターの回転が完全に停止したことを確認した後、本品の脱着を行うこと。
- 7) 本品の許容回転数は、1,500～10,000rpmです。許容回転数を超過して使用しないこと。

**【使用上の注意】**

- 1) 使用注意
  - ①本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ②本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
  - ③無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。変形する可能性があります。
  - ④再使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
  - ②感染を予防するために必ず保護グローブや保護メガネ、保護マスクを使用し、飛散したペーストなどから眼・口・鼻等を保護すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

- 1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【包装】**

**【キット包装】**

- ・スマートマイクロタフトブラシ CA用 アソート 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ スクリュータイプ用 アソート 12個入

**【単品包装】**

- ・スマートマイクロタフトブラシ CA用 ソフト 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ CA用 ミディアム 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ CA用 ハード 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ CA用 スティッフ 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ スクリュータイプ用 ソフト 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ スクリュータイプ用 ミディアム 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ スクリュータイプ用 ハード 12個入
- ・スマートマイクロタフトブラシ スクリュータイプ用 スティッフ 12個入

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者 株式会社エイコー  
 住所 東京都台東区上野 3-17-10  
 電話番号 03-3834-5777  
 FAX 番号 03-3837-2655  
 製造国 英国  
 製造業者 Stoddard Manufacturing Company Limited  
 (スタッダード マニュファクチャリング 社)