機械器具　50　開創又は開孔用器具
一般医療機器　歯科用開口器（70949000）
ＺＴ　バイトブロック

【禁忌・禁止】
1.本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

種類	成人用(ハード)	小児用(ソフト)
サイズ	15×29.5mm	15×29.3mm
カラー	イエロー	半透明
材質	SEBS 樹脂	

【使用目的又は効果】
本品は、歯科治療で患者の開口状態を保持する器具である。

【使用方法等】
1.使用する前に必ず本品に損傷や劣化がないか確認し、オートクレーブ滅菌を行うこと。
2.本品を患者の口腔内に挿入し、上顎と下顎で噛ませ、開口状態を保持する。

[使用方法における使用上の注意]
本品の装着後、口腔内から外れないよう確認すること。

【使用上の注意】
1)使用注意
①本品を使用する前に必ずオートクレーブ滅菌をすること。
②長期の使用により、摩耗等の劣化が見られた場合には、使用を中止し、適宜交換して使用すること。

2)重要な基本的注意
①誤飲には十分注意すること。
②本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
③本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
1)直射日光を避け、汚染のない乾燥した室温で保管すること。
2)腐食性物質を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】
[使用前の点検]
使用前に点検し、破損・変形などの異常がある場合は使用しないこと。

[清掃、洗浄、滅菌条件等]
1)使用後、本品を中性洗剤とスポンジ等を用いて洗浄後、水洗し、乾燥させます。
2)本品を滅菌ポーチに入れ、オートクレーブ滅菌(134℃で5分間)します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社モリムラ
電話番号	03-5808-9350
製造国	中華人民共和国
製造業者	Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd. (ﾀﾝｼｬﾝ ﾂｪﾝﾄﾝ ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ)