

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
シリングチップ27G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

外観	*用途
	コンシール用

シリングチップ27G:先端部外径0.4mm

＜材質＞先端部：ステンレス鋼
接続部：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞
本品は口腔内で充填材又は修復材等を適用するために用いる歯科用シリングチップである。

【使用方法等】

＜シリングへの装着方法＞
ご使用になるシリングに本品を回転させながらしっかりと装着します。

【使用上の注意】
[使用方法に関連する使用上の注意]
本品がシリングにしっかりと装着されていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 【保管方法】
1) 直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ
* 電話番号 03-5808-9350
製造業者 SDI Limited (SDI社)
製造国 オーストラリア